

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 819—2023

县级综合医院设备配置标准

Standard for Equipment Configuration in County General Hospitals

2023 - 07 - 26 发布

2024 - 01 - 01 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会 发布

前 言

本标准由国家卫生健康标准委员会医疗卫生建设装备标准专业委员会负责技术审查和技术咨询，由国家卫生健康委医疗管理服务指导中心负责协调性和格式审查，由国家卫生健康委员会规划发展与信息化司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准起草单位：中国医学装备协会、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京医院。

本标准主要起草人：赵自林、侯 岩、李志勇、崔泽实、李鹏伟、孙 湛、张 颖、孙晓伟、郑 阳、蔡 葵。

县级综合医院设备配置标准

1 范围

本标准规定了县级综合医院万元及以上设备配置的基本原则，并根据医院规模提出设备配置的品目和数量。

本标准适用于不超过1500床位规模的县级综合医院。

2 规范性引用文件

本标准没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

设备 equipment

指直接或间接使用于人体的医用仪器、医疗设备。

3.2

床位规模 the number of beds

以编制床位为准，即由卫生健康部门核准的床位数量。

4 基本原则

4.1 设备配置与人民健康需求相适应

县级综合医院应根据当地服务人口和健康需求，科学编制业务发展规划和设备配置规划。

4.2 设备配置与规模和服务量相适应

县级综合医院应在明确功能定位的基础上，科学合理配置与自身规模和服务量相适应的设备品目及数量。

4.3 设备配置科学合理

县级综合医院设备配置要考虑机构的业务发展、专科建设、科室建设、人才培养等发展需要，要对县级综合医院的服务方向具有支撑作用，要根据医疗业务情况适度配置。除临床科室配备必备专科检查治疗设备外，其他设备原则上均应统一管理使用，提高设备使用率，避免资源浪费。配置大型医用设备的，应按照大型医用设备配置管理有关规定执行。

5 县级综合医院设备品目及数量

5.1 设备要求

具有与临床科室、医技科室、辅助科室功能定位相匹配，能够满足临床诊疗疾病及开展医疗技术等服务需求的设备。

拟筹备建设的科室可参考本标准配置相应设备。

5.2 设备数量

不同规模的县级综合医院临床科室、医技科室、辅助科室万元以上设备配置数量可参照表1执行。万元以下设备如输注泵等，县级综合医院根据自身发展需求进行配置。

本标准规定了设备配置数量的最低标准，各县级综合医院可根据规模和服务需求合理配置。

表1 县级综合医院设备配置标准

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
呼吸内科	有创呼吸机	1	1	2	2	3	3
	无创呼吸机	2	2	3	4	4	4
	电子支气管镜	0	1	1	2	2	2
	纤维支气管镜	1	1	1	1	1	2
	胸腔镜	0	0	0	0	0	1
	肺功能测试仪	1	1	1	1	1	1
	高流量呼吸湿化治疗仪	1	1	1	1	1	1
	床旁血气分析仪	1	1	1	1	1	1
	振动排痰机	1	2	2	2	2	3
	便携式彩色超声诊断仪	0	0	0	0	0	1
	多参数监护系统	1	1	1	1	1	1
	睡眠监测系统	0	1	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
	内镜清洗消毒机	0	1	1	1	1	1
内分泌科	胰岛素泵	2	3	4	5	6	8
消化内科	胃肠镜系统	1	1	3	3	3	5
	高频电刀	0	1	2	2	2	2
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
消化内科	幽门螺旋杆菌检测仪	1	1	1	1	1	1
	内镜清洗消毒机	1	1	2	2	2	3
心血管内科	多道心电图机	1	1	1	1	1	2
	动态心电图系统	0	1	1	1	1	2
	运动心电测试系统	0	1	1	1	1	1
	动态血压记录仪	0	1	2	3	4	4
	彩色超声诊断系统（心脏）	0	0	0	0	1	1
	临时起搏器	0	0	2	2	2	3
	无创呼吸机	0	0	0	2	2	2
	有创呼吸机	0	0	0	1	1	1
	中央监护系统	0	1	1	1	1	1
	除颤监护仪	1	1	1	3	3	3
神经内科	脑电图机	1	1	1	1	1	2
	肌电图机	0	0	1	1	1	2
	诱发电位仪	0	0	1	1	1	2
	视频脑电监测系统	0	0	1	1	1	2
	超声多普勒血流分析仪	1	1	1	2	2	2
	有创呼吸机	1	1	1	1	1	2
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
肾内科	血液透析设备	8	10	12	15	20	40
	血滤机	1	1	2	2	3	6
	连续性肾脏替代治疗仪	1	1	1	1	1	2
	自动腹膜透析机	0	1	1	1	1	1
	多参数监护系统	1	1	1	1	1	1
	血液透析机用水处理设备	1	1	1	1	1	1
血液内科	层流床	0	0	2	3	5	10
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
普外科	多参数监护系统	1	1	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
普外科	空气压力波治疗仪	1	1	1	1	2	4
	腹腔镜	配置在手术室					
	超声刀系统	配置在手术室					
泌尿外科	膀胱镜	0	0	1	1	2	3
	输尿管镜	0	0	0	1	2	2
	彩色超声诊断系统(泌尿专用)	0	0	0	0	1	1
	尿动力学分析系统	0	0	1	1	1	1
	体外冲击波碎石机	0	0	0	1	1	1
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
	前列腺电切内窥镜	配置在手术室					
	腹腔镜	配置在手术室					
胸外科	电子支气管镜	0	0	1	1	2	2
	振动排痰机	1	1	1	1	1	2
	无创呼吸机	0	0	1	1	1	2
	有创呼吸机	0	0	1	1	1	1
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
	胸腔镜	配置在手术室					
骨科	X射线骨密度仪	0	0	1	1	1	1
	电动气压止血带	0	0	0	1	2	2
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	关节康复器	1	1	1	1	1	2
	空气压力波治疗仪	1	1	1	1	1	2
	多功能牵引床	4	4	5	5	10	12
	骨科关节镜系统及器械	配置在手术室					
	骨科手术动力系统	配置在手术室					
	高频电刀	配置在手术室					
	移动式C形臂X射线机	配置在手术室					
	神经外科	脑室镜	0	0	0	0	1
床旁血气分析仪		0	0	0	0	1	1

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
神经外科	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
心脏大血管 外科	临时起搏器	0	0	0	1	1	1
	主动脉内球囊反搏泵	0	0	0	1	1	1
	体外循环机	0	0	0	0	1	1
	振动排痰机	0	0	0	1	1	1
	有创呼吸机	0	0	0	1	1	1
	高流量呼吸湿化治疗仪	0	0	0	1	1	1
	除颤仪	0	0	0	1	1	1
皮肤科	激光治疗仪	1	1	1	2	2	2
妇产科	电子阴道内窥镜	1	1	2	2	2	2
	超声引导可视人流/宫腔诊疗系统	1	1	1	1	1	1
	彩色超声诊断系统 (妇产科专用)	1	1	1	1	1	1
	便携式彩色超声诊断仪	1	1	1	1	1	1
	超声多普勒胎儿监护仪	1	1	1	1	1	2
	一体化产床	1	1	1	1	1	2
	神经肌肉刺激治疗仪	0	0	0	0	1	1
	婴儿辐射保暖台	1	1	2	2	2	2
	新生儿监护仪	2	2	6	8	8	12
	新生儿听力筛查仪	1	1	1	1	1	2
	新生儿经皮黄疸测定仪	1	1	1	1	1	2
	多参数监护系统	0	0	1	1	1	1
	产后康复仪	1	2	4	6	8	12
	空气压力波治疗仪	0	0	0	0	2	4
	母乳成分分析设备	0	0	0	0	1	1
高频手术设备	配置在手术室						
儿科	有创呼吸机	1	1	1	2	2	2
	无创呼吸机	1	1	1	1	1	2

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
儿科	婴儿培养箱	3	4	4	5	6	9
	新生儿保温箱	2	2	2	2	2	3
	婴儿辐射保暖台	2	2	2	2	2	3
	新生儿监护仪	1	1	1	1	1	1
	微量血黄疸测量仪	1	1	2	2	2	2
	新生儿经皮黄疸测定仪	1	1	1	1	1	2
新生儿科重症 监护病房 (NICU)	新生儿保温箱	根据 NICU 床位数确定					
	婴儿辐射保暖台	根据 NICU 床位数确定					
	有创呼吸机	根据 NICU 床位数确定					
	无创呼吸机	根据 NICU 床位数确定					
	新生儿监护仪	根据 NICU 床位数确定，每张床 1 台					
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
小儿重症监护 病房 (PICU)	婴儿培养箱	2	2	2	2	2	4
	新生儿保温箱	1	1	1	1	1	2
	婴儿辐射保暖台	1	1	1	1	1	2
	有创呼吸机	1	1	1	1	1	2
	无创呼吸机	1	1	1	1	1	2
	新生儿监护仪	根据 PICU 床位数确定，每张床 1 台					
眼科	数字眼底造影检查仪	0	0	1	1	1	1
	手持式裂隙灯显微镜	0	1	1	2	2	2
	眼科光学相干断层扫描仪	0	0	1	1	1	1
	眼科 AB 型超声诊断仪	1	1	1	1	1	1
	视野计	1	1	1	2	2	2
	超声乳化手术仪	0	1	1	2	2	2
	眼底照相机	1	1	1	1	1	1
	眼前节照相系统	0	1	1	1	1	1
	电脑验光仪	1	1	1	1	1	1
	非接触式眼压计	1	1	2	2	2	3
	双目间接眼底镜	1	1	1	1	1	2
	裂隙灯	1	2	2	3	4	6
	角膜测厚仪	0	1	1	1	1	1

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
口腔科	牙科 X 射线机	1	1	1	1	1	1
	口腔全景 X 射线机	0	1	1	1	1	1
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	0	0	0	0	1	1
	口腔综合治疗台	5	6	6	8	10	10
	根管治疗仪	2	3	3	4	5	5
	印模混配机	0	1	1	1	1	1
	手机清洗注油机	1	1	1	1	1	1
	超声洁牙机	1	1	2	2	3	3
	口腔数字印模仪	0	1	2	2	2	2
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
	医用超声波清洗器	1	1	1	1	1	1
	压力蒸汽灭菌器	1	1	1	1	1	1
耳鼻喉科	耳鼻喉内窥镜	1	2	2	2	2	2
	纤维鼻咽喉镜	0	0	1	2	3	4
	声阻抗中耳分析仪	0	0	1	1	1	1
	电测听仪	0	0	1	1	1	1
	多功能听觉诱发电位仪	0	1	1	1	1	1
	耳鼻喉综合治疗台	1	2	2	3	4	5
	新生儿听力筛查仪	1	1	1	1	1	1
急诊医学科	多参数监护系统	1	1	1	1	1	1
	有创呼吸机	1	1	3	3	4	6
	急救和转运呼吸机	1	1	2	2	2	4
	无创呼吸机	1	1	2	3	5	8
	高流量呼吸湿化治疗仪	0	1	2	3	3	5
	纤维支气管镜	1	1	2	2	2	4
	可视喉镜	1	1	1	1	1	2
	除颤监护仪	1	2	2	2	3	4
	洗胃机	2	2	3	3	4	6
	多道心电图机	1	1	1	2	2	3
	便携式彩色超声诊断仪	1	1	1	1	1	1

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
急诊医学科	连续性肾脏替代治疗仪	0	0	0	0	1	1
	移动式X射线机	0	0	0	0	0	1
	心肺复苏器	1	1	1	2	2	3
	清创仪	1	1	2	2	2	3
	医用降温毯	0	0	1	1	1	2
康复治疗科	生物反馈式治疗仪	1	1	1	1	1	1
	脉冲磁治疗仪	2	3	4	4	4	4
	电针治疗仪	1	1	2	3	3	3
	超声治疗仪	1	2	2	3	3	3
	超短波治疗机	1	1	1	1	1	1
	微波治疗仪	1	1	2	2	2	3
	中频电疗仪	2	3	3	4	4	6
	低频治疗仪	2	3	3	4	4	6
	冲击波治疗仪	1	1	1	1	1	1
	空气压力波治疗仪	2	2	2	3	3	5
	光能微电脑治疗仪	1	1	1	1	1	1
	电脑恒温电蜡疗仪	1	1	1	1	1	1
	脑循环功能治疗仪	0	0	0	0	1	1
	电动起立床	1	2	3	4	5	6
电动牵引床	1	1	2	2	3	3	
站立架	1	2	3	4	5	6	
重症医学科	中央监护系统	1	1	1	1	1	1
	有创呼吸机	4	6	8	10	12	20
	无创呼吸机	2	3	4	5	6	10
	急救和转运呼吸机	1	1	1	1	1	2
	医用呼吸道湿化器	1	1	2	4	4	6
	多道心电图机	1	1	1	1	1	2
	连续性肾脏替代治疗仪	1	1	1	1	1	3
	便携式彩色超声诊断仪	1	1	1	1	1	1
	血气/电解质分析仪	1	1	1	1	1	1

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
重症医学科	无创血流动力检测系统	0	0	1	2	3	4
	激活全血凝固时间（ACT） 检测仪	0	0	1	1	1	1
	振动排痰机	0	1	1	2	4	6
	除颤监护仪	1	1	1	1	1	2
	心肺复苏器	0	0	1	1	1	1
	纤维支气管镜	1	1	1	1	1	2
	可视喉镜	1	1	1	1	1	1
	医用降温毯	1	1	1	1	2	4
	电动转运床	1	1	1	2	2	3
	电动病床	4	6	8	10	12	20
	空气压力波治疗仪	1	1	1	1	2	4
疼痛科	冲击波治疗仪	0	0	1	1	1	1
	射频治疗仪	0	0	1	1	1	1
	臭氧治疗仪	0	0	1	1	1	1
感染性疾病科	多参数监护仪	2	4	4	4	4	4
	中央监护系统	0	0	1	1	1	1
	转运监护仪	1	1	1	1	1	1
	心电图机	1	1	1	1	1	1
	无创呼吸机	1	1	1	2	2	2
	有创呼吸机	0	1	1	1	1	2
	急救和转运呼吸机	1	1	1	1	1	1
	高流量呼吸湿化治疗仪	1	1	2	3	5	5
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
	医用空气消毒机	1	2	2	2	2	2
肿瘤科	多功能监护仪	4	4	4	4	8	8
	体腔热灌注治疗机	0	0	0	0	0	1
	生物安全柜	1	1	1	1	2	2
烧伤科	红外线烤灯	0	0	1	1	1	1
	电动取皮刀	0	0	1	1	1	1
	网状制皮机	0	0	1	1	1	1

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
烧伤科	电动植皮刀系统	0	0	1	1	1	1
	清创仪	0	0	1	1	1	1
	多参数监护仪	0	0	1	1	2	4
	有创呼吸机	0	0	1	1	2	2
发热门诊	多参数监护仪	1	1	1	1	1	1
	心电图机	1	1	1	1	1	1
	无创呼吸机	1	1	1	1	1	1
	有创呼吸机	0	1	1	1	1	1
	可视喉镜	1	1	1	1	1	1
	心肺复苏器	1	1	1	1	1	1
	除颤仪	1	1	1	1	1	1
	全自动生化分析仪 (400测试/小时)	1	1	1	1	1	1
	全自动血细胞分析仪	1	1	1	1	1	1
	全自动尿液分析仪	1	1	1	1	1	1
	全自动尿液有形成分分析仪	1	1	1	1	1	1
	全自动粪便分析仪	1	1	1	1	1	1
	全自动凝血分析仪	1	1	1	1	1	1
	特定蛋白分析仪	1	1	1	1	1	1
	血气/电解质分析仪	1	1	1	1	1	1
	实时定量PCR仪	1	1	1	1	1	1
	核酸提取仪	1	1	1	1	1	1
	化学发光免疫分析仪	1	1	1	1	1	1
	生物安全柜	1	1	1	1	1	1
	全自动雾化空气消毒机(过氧化氢消毒机)	1	1	1	1	1	1
医用空气消毒机	1	1	1	1	1	1	
影像科	X射线计算机体层摄影设备	1	1	1	2	2	3
	医用磁共振成像系统	1	1	1	2	2	3
	高压注射器	1	1	1	2	2	3
	摄影X射线机	1	2	2	3	3	3

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
影像科	胃肠 X 射线机	0	1	1	1	1	1
	数字化乳腺 X 射线机	0	0	1	1	1	1
	数字化移动式摄影 X 射线机	1	1	1	2	2	3
	X 射线骨密度仪	0	0	1	1	1	1
检验科	化学发光免疫分析仪	1	1	1	2	3	3
	全自动生化分析仪	1	1	1	1	2	3
	血细胞分析仪	1	2	3	3	3	3
	凝血分析仪	1	1	1	1	1	1
	血气分析仪	1	2	2	2	2	2
	血型分析仪	1	1	1	1	1	1
	全自动尿液有形成分分析仪	1	1	1	1	2	2
	全自动粪便分析仪	1	1	1	1	1	1
	全自动过敏原 IgE 抗体分析仪	0	0	1	1	1	1
	糖化血红蛋白分析仪	1	1	1	1	1	1
	实时定量 PCR 仪	1	1	1	1	1	2
	微量元素分析仪	0	0	0	1	1	1
	精子分析仪	0	0	1	1	1	1
	微生物鉴定仪	1	1	1	1	2	2
	血液微生物培养监测仪	1	1	1	1	2	2
	微生物药敏分析仪	1	1	1	1	2	2
	质谱仪	0	0	0	0	1	1
	流式细胞仪	0	0	0	0	1	1
	酶标分析仪	1	1	2	2	2	2
	全自动冰点渗透压计	1	1	1	1	1	1
	二氧化碳培养箱	1	1	1	2	2	2
	荧光生物显微镜	0	0	1	1	2	3
高速冷冻离心机	1	1	1	1	2	2	
高速台式离心机	1	1	2	2	3	3	
医用冷冻箱	3	3	4	4	5	6	

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
检验科	生物安全柜	2	2	3	4	4	5
	洗板机	1	1	1	1	1	2
病理科	液基薄层细胞制片系统	0	0	1	1	1	1
	冰冻切片机	1	1	1	1	2	2
	病理切片扫描仪	0	0	0	0	1	1
	荧光定量 PCR 仪	0	0	0	1	1	1
	生物显微镜	2	2	4	4	6	6
	多人共览显微镜	0	0	0	0	1	1
	高速冷冻离心机	1	1	1	1	1	2
	人乳头瘤病毒（HPV）分型基因芯片检测阅读系统	0	1	1	1	1	1
	子宫颈细胞学计算机辅助诊断系统	0	0	0	1	1	1
	全自动组织脱水机	1	1	1	1	2	2
	免疫组化染色机	1	1	1	1	2	2
	自动封片机	1	1	1	1	1	1
	自动染色机	1	1	1	1	1	1
	洁净工作台	1	1	2	2	2	2
	医用冷藏箱	1	1	2	2	4	4
	医用冷冻箱	1	1	2	2	4	4
	石蜡切片/烤片机	1	1	1	1	2	2
	包埋机/包埋机冷台	1	1	1	1	1	1
	玻片打号机	0	0	0	1	1	2
包埋盒标记仪	0	0	0	1	1	2	
超声科	彩色超声诊断系统	2	5	7	10	14	20
	便携式彩色超声诊断仪	1	1	2	2	2	4
导管室	血管造影 X 射线机	0	0	1	1	1	2
	高压注射器	0	0	1	1	1	2
	即时凝血分析仪	0	0	1	1	1	1
	除颤监护仪	0	0	1	1	1	1
放射治疗科	模拟定位机	0	0	1	1	1	1

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
放射治疗科	放射治疗计划系统软件	0	0	1	1	1	1
手术室	腹腔镜	1	1	2	4	5	5
	关节镜	0	1	1	1	1	1
	宫腔镜	1	1	1	1	1	1
	胸腔镜	0	0	0	1	1	1
	前列腺电切内窥镜	0	1	1	1	1	1
	纤维胆道内窥镜	1	1	1	1	1	1
	高频电外科手术系统	0	0	0	1	1	2
	外科手术能量系统	0	0	0	1	1	2
	脑外科动力系统	1	1	1	1	1	1
	超声刀系统	1	1	1	2	4	4
	超声骨科手术仪	0	0	0	1	1	1
	颅钻	0	1	1	2	2	2
	有创颅内压监测仪	0	1	1	1	1	1
	数字化超声工作站软件	0	0	0	1	1	2
	便携式彩色超声诊断仪	1	1	1	1	1	1
	手术显微镜	0	0	0	0	1	1
	激光碎石机	0	0	0	0	1	1
	移动式C形臂X射线机	0	1	1	2	2	2
	自体血液回输系统	1	1	2	3	3	3
	急救和转运呼吸机	1	1	1	1	1	1
	神经监护仪	0	0	0	1	1	2
	除颤监护仪	1	1	1	1	2	2
	电动推车	1	2	3	4	4	4
	过氧化氢低温等离子灭菌器	1	1	1	1	1	1
	高频电刀	按手术间数量配置					
	多参数监护仪	按手术间数量配置					
	电动综合手术床	按手术间数量配置					
输血输液加温仪	按手术间数量配置						
医用控温毯	按手术间数量配置						

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
核医学科	单光子发射及X射线计算机断层成像系统 (SPECT/CT)	0	0	1	1	1	1
	高压注射器	0	0	1	1	1	1
	甲状腺功能仪	0	0	1	1	1	1
	自动给药系统	0	0	1	1	1	1
麻醉科	麻醉机	4	6	8	12	16	16
	麻醉气体监护仪	4	6	8	12	16	16
	麻醉深度监测仪	0	1	1	1	1	1
	脑氧饱和度监测仪	0	0	1	1	2	2
	急救和转运呼吸机	1	1	2	2	2	2
	转运监护仪	1	1	2	2	2	2
	便携式彩色超声诊断仪	0	0	1	1	1	2
	床旁凝血功能监测仪	0	0	1	1	1	1
	血气分析仪	0	0	1	1	1	1
	血红蛋白分析仪	1	1	1	1	1	1
	有创血流动力学监测仪	0	0	1	1	2	2
	无创心排量监测仪	0	0	1	1	2	2
	可视喉镜	1	1	1	2	2	2
	纤维支气管镜	1	1	1	1	2	2
	气道管理设备	1	1	2	2	4	4
	自体血液回收机	1	1	2	2	4	4
	医用控温毯	1	1	2	2	4	4
	多参数监护仪	按照麻醉恢复室床位数配置					
二氧化碳监测仪	按照手术间数量确定						
肌松监测仪	按照手术间数量确定						
输血科 (血库)	血小板振荡器及恒温箱系统	1	1	1	1	2	2
	血浆融化箱	1	1	2	2	2	2
	血液融化箱	1	1	2	2	2	2
	血型血清学离心机	1	1	2	2	2	2
	血型分析仪	0	0	0	1	1	1

表1 县级综合医院设备配置标准（续）

单位为台(套)

科室名称	设备品目	设备数量					
		200床 以下	200- 399床	400- 599床	600- 799床	800- 999床	1000- 1500床
输血科 (血库)	全自动配血及血型分析仪	1	1	1	2	2	2
	标本离心机	1	1	2	2	2	2
	离心式血液成分分离设备	0	0	0	1	1	1
	血栓弹力图仪	0	0	0	1	1	1
	恒温水浴箱	1	1	1	2	2	2
	显微镜	1	1	1	2	2	2
	专用取血箱	2	2	2	2	4	4
	冷链监控系统	1	1	1	1	1	1
	血液低温操作台	1	1	1	1	1	1
	医用血液冷藏箱	2	2	4	4	4	4
	医用超低温冷冻箱	1	1	1	2	2	2
	血液滤白柜	0	0	0	0	1	1
	生物安全柜	0	0	0	0	1	1
消毒供应科	环氧乙烷灭菌器	1	1	1	1	1	1
	过氧化氢低温等离子灭菌器	1	1	1	2	2	2
	大型压力蒸汽灭菌器	1	2	2	3	3	3
	清洗消毒器	1	1	1	1	2	2
	医用超声波清洗器	1	1	1	1	1	1
	酸性氧化电位水生成器	1	1	1	1	1	1
	干燥柜	1	1	1	1	1	1
	封口机	1	1	1	1	1	1
	快速生物阅读器	1	1	2	2	3	3
	水处理系统	1	1	1	1	1	1
	医用清洗器	1	1	1	1	1	1
临床营养科	人体成分分析仪	0	0	0	1	1	2